



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14926.18~14926.32—2001  
GB/T 14926.56~14926.64—2001

---

## 实验动物 微生物学检测方法(4)

Laboratory animal—Microbiological examination methods

2001-08-29 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

GB/T 14926.18~14926.32—2001

GB/T 14926.56~14926.64—2001

## 目 录

GB/T 14926.18—2001	实验动物	淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒检测方法	1
GB/T 14926.19—2001	实验动物	汉坦病毒检测方法	4
GB/T 14926.20—2001	实验动物	鼠痘病毒检测方法	7
GB/T 14926.21—2001	实验动物	兔出血症病毒检测方法	10
GB/T 14926.22—2001	实验动物	小鼠肝炎病毒检测方法	13
GB/T 14926.23—2001	实验动物	仙台病毒检测方法	16
GB/T 14926.24—2001	实验动物	小鼠肺炎病毒检测方法	19
GB/T 14926.25—2001	实验动物	豚鼠冠状病毒Ⅱ型检测方法	22
GB/T 14926.26—2001	实验动物	小鼠脑脊髓炎病毒检测方法	25
GB/T 14926.27—2001	实验动物	小鼠腺病毒检测方法	28
GB/T 14926.28—2001	实验动物	小鼠细小病毒检测方法	31
GB/T 14926.29—2001	实验动物	多瘤病毒检测方法	34
GB/T 14926.30—2001	实验动物	兔轮状病毒检测方法	37
GB/T 14926.31—2001	实验动物	大鼠细小病毒(KRV和H-1株)检测方法	40
GB/T 14926.32—2001	实验动物	大鼠冠状病毒/延泪腺炎病毒检测方法	43
GB/T 14926.56—2001	实验动物	狂犬病病毒检测方法	46
GB/T 14926.57—2001	实验动物	犬细小病毒检测方法	49
GB/T 14926.58—2001	实验动物	传染性犬肝炎病毒检测方法	52
GB/T 14926.59—2001	实验动物	犬瘟热病毒检测方法	55
GB/T 14926.60—2001	实验动物	猕猴疱疹病毒Ⅰ型(B病毒)检测方法	58
GB/T 14926.61—2001	实验动物	猴逆转D型病毒检测方法	61
GB/T 14926.62—2001	实验动物	猴免疫缺陷病毒检测方法	64
GB/T 14926.63—2001	实验动物	猴T淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型检测方法	67
GB/T 14926.64—2001	实验动物	猴痘病毒检测方法	70

## 前 言

本标准是对 GB/T 14926.18—1994《实验动物 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒检测方法》的修订。  
本标准删除了 GB/T 14926.18—1994 中“酶联免疫吸附试验、间接免疫荧光法和免疫酶染色法”的内容。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国实验动物学会。

本标准主要起草人：贺争鸣。

本标准于 1994 年 1 月首次发布。

# 中华人民共和国国家标准

## 实验动物

GB/T 14926.18—2001

### 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒检测方法

代替 GB/T 14926.18—1994

Laboratory animal—Method for examination of  
lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)

#### 1 范围

本标准规定了淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)的检测方法、试剂等。  
本标准适用于小鼠、豚鼠、地鼠 LCMV 的检测。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 14926.50—2001 实验动物 酶联免疫吸附试验  
GB/T 14926.52—2001 实验动物 免疫荧光试验  
GB/T 14926.51—2001 实验动物 免疫酶试验

#### 3 原理

根据免疫学原理,采用 LCMV 抗原检测小鼠、豚鼠、地鼠血清中 LCMV 抗体。

#### 4 主要试剂和器材

##### 4.1 试剂:

##### 4.1.1 ELISA 抗原

##### 4.1.1.1 特异性抗原

在生物安全柜内,用 LCMV 感染 Vero 细胞,当病变达 +++~++++ 时,收获培养物。冻融三次或超声波处理后,低速离心去除细胞碎片,上清液再经超速离心浓缩后制成 ELISA 抗原。

##### 4.1.1.2 正常抗原

Vero 细胞冻融破碎后,经低速离心去除细胞碎片而获得的上清液。

##### 4.1.2 抗原片

在生物安全柜内,LCMV 感染 Vero 细胞,每 2~3 d 更换维持液,培养 7~10 d,用 IFA 法测定细胞内特异性荧光。当荧光达 +++~++++ 时,将细胞用胰酶消化分散,PBS 洗涤,涂片。室温干燥的同时,在紫外线下 20 cm 处照射 30 min,冷丙酮固定 10 min,-20℃保存。

##### 4.1.3 阳性血清

用 β-丙内脂灭活 LCMV 抗原,免疫清洁或 SPF 小鼠、豚鼠、地鼠所获得的抗血清。

##### 4.1.4 阴性血清

清洁或 SPF 小鼠、豚鼠、地鼠血清。

#### 4.1.5 酶结合物

辣根过氧化物酶标记羊或兔抗小鼠、豚鼠、地鼠 IgG 抗体,用于检测相应动物血清抗体;辣根过氧化物酶标记葡萄球菌蛋白 A(SPA)可用于检测小鼠、豚鼠、地鼠血清抗体。

4.1.6 异硫氰酸荧光素标记羊或兔抗小鼠、豚鼠、地鼠 IgG 抗体,用于检测相应动物血清抗体。

#### 4.2 器材

4.2.1 酶标仪。

4.2.2 荧光显微镜。

4.2.3 普通显微镜。

4.2.4 37℃培养箱或水浴箱。

### 5 检测方法

5.1 采用 ELISA 方法(见 GB/T 14926.50—2001)进行血清学检测。

5.2 采用 IFA 方法(见 GB/T 14926.52—2001)进行血清学检测。

5.3 采用 IEA 方法(见 GB/T 14926.51—2001)进行血清学检测。

### 6 结果判定

对阳性检测结果,选用同一种方法或另一种方法重试。如仍为阳性则判为阳性。

### 7 结果报告

根据判定结果,作出报告。

---